



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszaków ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

Myszaków, dn. 06-09-2019 r.

SP ZOZ/DZ/17/2019
(nr ref. postępowania)

I. INFORMACJA

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: **„Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Myszkanie”** prowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego” zostało unieważnione.

II. Odrzucenie oferty

Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) odrzucił ofertę Wykonawcy: Beckman Coulter Polska Sp. z o.o., z siedzibą w: 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 B z prowadzonego postępowania.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 3 Warunki graniczne dla analizatora immunochemicznego pkt. 9 tabeli Zamawiający postawił wymóg dla analizatora: „Minimalna wydajność analizatora 80 oznaczeń na godzinę”.

Pismem z dnia 11.07.2019 r. oraz z dnia 14.08.2019 r. Zamawiający zwracał się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie potwierdzenia posiadania przez zaoferowany analizator wymogu minimalnej wydajności 80-ciu oznaczeń na godzinę.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca dostarczył ulotkę marketingową producenta analizatora dla zaoferowanego analizatora (Access2), w której brak jest informacji na temat minimalnej wydajności analizatora, wskazuje ona jedynie maksymalną wydajność, w związku z czym Zamawiający stwierdza iż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na **„Dostawę odczynników laboratoryjnych do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Myszkanie”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnił ww. postępowanie ponieważ oferta Wykonawcy: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do wiadomości

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta Nr 1: Beckman Coulter Polska Sp. z o.o., 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181 B

Oferta Nr 2: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., 00-728 Warszawa ul. Bobrowiecka 8

II. Strona internetowa Zamawiającego (www.zozmyszkow.pl)

III. a/a

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Myszkanie

(Dyrektor / Kierownik jednostki)

JUSTYNA KUCEJMO-KOWALCZYK
KANCELARIA ADWOKACKA
90-541 Łódź, ul. Radwańska 22 m.2
NIP 728-243-76-21 REGON 101337686